



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Administração



FOLHA DE DESPACHO

Encaminhamento inicial
DO PROTOCOLO

PROCESSO Nº 3338/2017

PARA: SMA/DRC

DATA: 03/04/2017

FUNÇÃOÁRIO

A Pregoeira Luciana Pontes de Souza:

1- Pegue para fins de análise e decisão.

Em 03/04/17.

Luciane T. F. Dubiel

Jucileide Viana Reis Dubiel
Depto. de Licitações

A SMA / Equipe técnica

Faz análise e parecer quanto as questões técnicas, referente aos itens 19, 28 e 29, que foram impugnados, tempestivamente, pela empresa requerente!

Após, retorne-se ao Pregoeiro para parecer final.

Em, 04/04/17

Luciana S. Souza

PREGOEIRO

ao Pregoeiro:

Após análise do solicitado pela empresa quanto aos itens 19, 28 e 29, julgamos procedentes as solicitações. Visto a necessidade urgente de aquisição dos demais itens do pregão 08/17, solicitamos exclusão dos itens 19, 28 e 29 do julgamento, abertura de licitação.

Em 04.04.17

Carla M. Velga

Dept. de Gestão Financeira
da SMA



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Saúde



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3338/2017
ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 242/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017
INTERESSADO: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

A requerente, empresa INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. apresenta, *tempestivamente* na forma do item 16.2 do Edital em referência, IMPUGNAÇÃO ao edital de licitação.

DA IMPUGNAÇÃO

Em síntese (fls. 02 à 11), a impugnante requer que a administração pública retifique as especificações dos itens 19, 28 e 29 do Anexo II do edital.

DA ANÁLISE DO PREGOEIRO

Face às alegações trazidas pela requerente, encaminhou-se o pedido à Secretaria Municipal de Saúde, a fim de se obter manifestação técnica sobre o tema.

Dos itens impugnados, assim está especificado no Edital, Anexo II, a seguinte solicitação, em **negrito**:

LOTES 2 e 3

LANCETA - estéril, descartável, em aço inoxidável, que dispense o uso de lancetador, calibres de 21G (no mínimo) a 28G (no máximo), **profundidade de 2.0 mm**, com lâmina perfuro-cortante retrátil, em conformidade com NR 32 do Ministério do Trabalho e ANVISA, não permitindo ser remontada ou reutilizada. **(grifo nosso)**

LOTES 2 e 3

SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL P/ INSULINA 0,5ML – com agulha fixa (soldada ao corpo), lisa, tamanho da agulha 8mm x 0,30mm a 9,5 X 0,30mm, fabricada em aço cirúrgico inoxidável. Bico central com êmbolo de borracha siliconizado, apropriada para melhor deslizamento do cursor. Condições gerais: seringa de plástico descartável, confeccionada em polipropileno ou outro plástico, atóxica, apirrogênica, íntegro e adequado. O produto acabado deve



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Saúde

ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização. Estar livre de matéria estranha, ciscos ou sujeiras. Cilindro: composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura. Deve possibilitar o movimento livre e suave do êmbolo. Flange: formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. Êmbolo: moldado de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluidos. Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha natural ou sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte. Deve assegurar deslizamento suave em todo o percurso. Durante a aspiração e/ou injeção não pode se separar da haste. Deve apresentar espessura adequada que facilite a visualização da dosagem. Marcação: a escala de graduação deve ser aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e número de inscrição claro, legível e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. Escala bem visível e precisa, sendo cada traço correspondente a 0,01 ml ou uma unidade, devendo ser gravada com nitidez para assegurar aplicação em doses exatas. Sem espaço morto e com capacidade para 50 unidades, no mínimo. Dimensões: as seringas aqui especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, devendo o conjunto montado apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas individualmente em papel grau cirúrgico ou em pacote com 10 unidades e **esterilizadas a cobalto 60**. A embalagem final deverá ser em caixa de papelão e conter no mínimo 100 e no máximo 200 unidades. (grifo nosso)

SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL PI INSULINA, 1ML com agulha fixa (soldada ao corpo), lisa, tamanho da agulha 8 X 0,30 a 9,5 X 0,30, fabricada em aço cirúrgico inoxidável. Bico central com êmbolo de borracha siliconizado, apropriada para melhor deslize do cursor. Condições gerais: seringa de plástico descartável, confeccionada em polipropileno ou outro plástico, atóxica, apirogênica, íntegro e adequado. O produto acabado deve ser de plástico transparente que permita a visualização nítida do fluido aspirado. O produto deve apresentar rigidez e resistência mecânica condizentes com a sua utilização. Estar livre de matéria estranha, ciscos ou sujeiras. Cilindro: composto de corpo, bico e flange. Corpo cilíndrico reto, com acabamento interno perfeito, siliconizado em quantidade suficiente, parede uniforme em sua espessura. Deve possibilitar o movimento livre e suave do êmbolo, apresentar na extremidade distal anel de retenção que impeça o desprendimento do êmbolo do cilindro. Flange: formato adequado para servir de apoio aos dedos e dar estabilidade à seringa quando colocada em superfície plana. Êmbolo: moldado de maneira a facilitar a aspiração e injeção de fluidos. Deve apresentar na extremidade proximal rolha, conforme descrito acima, adequadamente ajustável ao corpo, evitando vazamentos, firmemente fixada a fim de evitar deslocamento no ato da aspiração. Deve apresentar na extremidade distal base para apoio dos dedos para facilitar a aplicação. A rolha do êmbolo deve ser confeccionada em borracha natural ou sintética, livre de defeitos, rebarbas, atóxica, apirogênica e inerte. Deve assegurar deslizamento suave em todo o percurso. Durante a aspiração e/ou injeção não pode se separar da haste. Deve apresentar espessura adequada que facilite a visualização da dosagem. Marcação: a escala de graduação deve ser aplicada à superfície externa do corpo do cilindro, com alto grau de precisão, traços e número de inscrição claro, legível e isento de falhas, permanecendo nítidos até o momento da utilização. Os traços devem apresentar espessura uniforme e ser isentos de irregularidades entre os espaçamentos. A escala



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Saúde

de graduação deve estar voltada para cima, ser de fácil visualização, quando o corpo do cilindro estiver na posição de uso. Escala bem visível e precisa, sendo cada traço correspondente a 0,02 ml ou duas unidades, devendo ser gravada com nitidez para assegurar aplicação em doses exatas. Dimensões: as seringas aqui especificadas deverão ser dimensionadas obedecendo aos padrões universalmente adotados, devendo o conjunto montado apresentar a extremidade distal do êmbolo salientada em relação ao corpo correspondente cerca de 1 cm, cuja diferença destina-se a oferecer adequadas condições de manuseio. Embalagem: as seringas deverão ser embaladas individualmente em papel grau cirúrgico ou em pacote com 10 unidades, **esterilizado por cobalto 60**. A embalagem deve garantir a integridade e esterilidade do produto durante seu armazenamento e até o momento do uso. A embalagem final deverá ser em caixa de papelão e conter no mínimo 100 e no máximo 200 unidades. **(grifo nosso)**

A solicitação da empresa é que para o item **LANCETA** a profundidade de penetração seja a partir de 1,5mm e para as **SERINGAS DE INSULINA 0,5ml e 1,0ml** que sejam permitidas a esterilização por óxido de etileno.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, o Pregoeiro nos termos do subitem 16.5 do edital e em razão do interesse público, decide pelo **PROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA** haja vista conter vícios nas especificações do edital, estando cancelados os itens 19, 28 e 29, conforme solicitação da Secretaria de Saúde, às fls. 24, mantendo as demais condições, inclusive data da entrega e abertura dos envelopes do Pregão Presencial 008/2017.

Araucária, 04 de abril de 2017.

LAURIANA SANTOS DE SOUZA

Pregoeiro – Decreto nº 26.007/2013.