



RESULTADO DA ANÁLISE DE AMOSTRAS PREGÃO 008/2017

LOTE I			
ITEM		QUANTIDADE SOLICITADA	QUANTIDADE ENTREGUE
04	AGULHA DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 13X4	10 unidades	APRESENTOU
EMPRESA: EFETIVE			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
05	AGULHA DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 30MM X 08MM	10 unidades	APRESENTOU
EMPRESA: EFETIVE			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
09	ATADURA DE CREPE – medindo 10 cm de largura por 1,80m de comprimento	05 unidades	APRESENTOU
EMPRESA: TOTAL HEALTH			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
10	ATADURA DE CREPE – medindo 30 cm de largura por 1,80m de comprimento	05 unidades	APRESENTOU
EMPRESA: TOTAL HEALTH			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
22	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05 unidades	APRESENTOU
EMPRESA: ODONTOMEDI			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
23	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05 unidades	APRESENTOU
EMPRESA: ODONTOMEDI			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
24	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05 unidades	APRESENTOU
EMPRESA: EFETIVE			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
34	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA – medindo 7,5 cm x 7,5	01 pacote	APRESENTOU
EMPRESA: TOTAL HEALTH			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
35	CONEXÃO 02 VIAS, TIPO POLIFIX (com tampinhas extras)	05 unidades	APRESENTOU
EMPRESA: EFETIVE			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
41	DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 21 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05 unidades	APRESENTOU
EMPRESA: EFETIVE			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
42	DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 23 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05 unidades	APRESENTOU
EMPRESA: TOTAL HEALTH			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
43	DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 25 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05 unidades	APRESENTOU
EMPRESA: EFETIVE			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
44	DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 19 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05 unidades	NÃO APRESENTOU
EMPRESA: ODONTOMEDI			

**Prefeitura do Município de Araucária**

Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADO DA ANÁLISE: DESCLASSIFICADA POR NÃO APRESENTAR AMOSTRA.

45	DISPOSITIVO P/ INFUSÃO VENOSA Nº 27 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05 unidades	APRESENTOU
----	---	-------------	------------

EMPRESA: EFETIVE**RESULTADO DA ANÁLISE:** Amostra aprovada pela equipe de apoio.

84	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EXG	01 pacote	APRESENTOU
----	--	-----------	------------

EMPRESA: TOTAL HEALTH**RESULTADO DA ANÁLISE:** Amostra aprovada pela equipe de apoio.

87	GEL ELETROCONDUTOR	01 frasco	APRESENTOU
----	---------------------------	-----------	------------

EMPRESA: STOCK MED**RESULTADO DA ANÁLISE:** Amostra aprovada pela equipe de apoio.

88	GEL ELETROCONDUTOR PARA ULTRASSOM	01 frasco	APRESENTOU
----	--	-----------	------------

EMPRESA: STOCK MED**RESULTADO DA ANÁLISE:** Amostra aprovada pela equipe de apoio.

104	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	01 caixa	APRESENTOU
-----	--------------------------------------	----------	------------

EMPRESA: M MAGALHÃES**RESULTADO DA ANÁLISE:** Amostra aprovada pela equipe de apoio.

110	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X 100 M	01 rolo	APRESENTOU
-----	---	---------	------------

EMPRESA: TOTAL HEALTH**RESULTADO DA ANÁLISE:** Amostra aprovada pela equipe de apoio.

111	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20 CM X 100 M	01 rolo	APRESENTOU
-----	---	---------	------------

EMPRESA: TOTAL HEALTH**RESULTADO DA ANÁLISE:** Amostra aprovada pela equipe de apoio.

127	SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL DE 10 ML	05 unidades	05 unidades
-----	---	-------------	-------------

EMPRESA: ODONTOMEDI**RESULTADO DA ANÁLISE:** Amostra aprovada pela equipe de apoio.**LOTE II**

	ITEM	QUANTIDADE SOLICITADA	QUANTIDADE ENTREGUE
01	AGULHA DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25X07	10 unidades	APRESENTOU

EMPRESA: TOTAL HEALTH**RESULTADO DA ANÁLISE:** Amostra aprovada pela equipe de apoio.

02	AGULHA DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25X08	10 unidades	APRESENTOU
----	--	-------------	------------

EMPRESA: TOTAL HEALTH**RESULTADO DA ANÁLISE:** Amostra aprovada pela equipe de apoio.

03	AGULHA DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 40X12	10 unidades	APRESENTOU
----	--	-------------	------------

EMPRESA: EFETIVE**RESULTADO DA ANÁLISE:** Amostra aprovada pela equipe de apoio.

05	ATADURA DE CREPE – medindo 15 cm de largura por 1,80 m de comprimento	05 unidades	APRESENTOU
----	--	-------------	------------

EMPRESA: TOTAL HEALTH**RESULTADO DA ANÁLISE:** Amostra aprovada pela equipe de apoio.

06	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05 unidades	APRESENTOU
----	--	-------------	------------

EMPRESA: EFETIVE**RESULTADO DA ANÁLISE:** Amostra aprovada pela equipe de apoio.

07	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05 unidades	APRESENTOU
----	--	-------------	------------

EMPRESA: EFETIVE



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.

08	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05 unidades	APRESENTOU
----	---	-------------	------------

EMPRESA: ODONTOMEDI

RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.

11	COMPRESSA ESTÉRIL DE GAZE HIDRÓFILA 7,5cm X 7,5cm	05 unidades	APRESENTOU
----	---	-------------	------------

EMPRESA: M MAGALHÃES

RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.

16	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G	01 pacote	APRESENTOU
----	-------------------------------------	-----------	------------

EMPRESA: TOTAL HEALTH

RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.

20	LENÇOL DESCARTÁVEL EM ROLO	01 rolo	APRESENTOU
----	----------------------------	---------	------------

EMPRESA: TOTAL HEALTH

RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra reprovada pela equipe de apoio.

21	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP	01 caixa	APRESENTOU
----	---------------------------------	----------	------------

EMPRESA: TOTAL HEALTH

RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.

22	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	01 caixa	APRESENTOU
----	--------------------------------	----------	------------

EMPRESA: EFETIVE

RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.

23	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	01 caixa	APRESENTOU
----	--------------------------------	----------	------------

EMPRESA: TOTAL HEALTH

RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.

24	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	01 caixa	APRESENTOU
----	--------------------------------	----------	------------

EMPRESA: EFETIVE

RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.

25	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM X 100M	01 rolo	APRESENTOU
----	-----------------------------------	---------	------------

EMPRESA: TOTAL HEALTH

RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.

LOTE III

ITEM	QUANTIDADE SOLICITADA	QUANTIDADE ENTREGUE
------	-----------------------	---------------------

01	AGULHA DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25X07	10 unidades	APRESENTOU
----	---	-------------	------------

EMPRESA: STARMED

RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.

02	AGULHA DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 25X08	10 unidades	APRESENTOU
----	---	-------------	------------

EMPRESA: STARMED

RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.

03	AGULHA DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 40X12	10 unidades	APRESENTOU
----	---	-------------	------------

EMPRESA: STARMED

RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.

05	ATADURA DE CREPE – medindo 15 cm de largura por 1,80 m de comprimento	05 unidades	APRESENTOU
----	---	-------------	------------

EMPRESA: CREMER

RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.

06	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05 unidades	APRESENTOU
----	---	-------------	------------

EMPRESA: STARMED

**Prefeitura do Município de Araucária**

Secretaria Municipal de Saúde

RESULTADO DA ANÁLISE: **DA**
Amostra

aprovada pela equipe de apoio.

07	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05 unidades	APRESENTOU
EMPRESA: STARMED			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
08	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	05 unidades	APRESENTOU
EMPRESA: STARMED			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
11	COMPRESSA ESTÉRIL DE GAZE HIDRÓFILA 7,5cm X 7,5cm	05 unidades	APRESENTOU
EMPRESA: M MAGALHÃES			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
16	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO G	01 pacote	APRESENTOU
EMPRESA: TOTAL HEALTH			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
20	LENÇOL DESCARTÁVEL EM ROLO	01 rolo	APRESENTOU
EMPRESA: TOTAL HEALTH			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra reprovada pela equipe de apoio.			
21	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO EP	01 caixa	APRESENTOU
EMPRESA: ALTERMED			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
22	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G	01 caixa	APRESENTOU
EMPRESA: ALTERMED			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
23	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M	01 caixa	APRESENTOU
EMPRESA: ALTERMED			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
24	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	01 caixa	APRESENTOU
EMPRESA: ALTERMED			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			
25	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 25 CM X 100M	01 rolo	APRESENTOU
EMPRESA: DIMACI			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe de apoio.			

RESULTADO FINAL DA ANÁLISE DE AMOSTAS:**LOTE I – item 44:**

Dispositivo para infusão venosa nº 19 com dispositivo de segurança - A empresa Odontomedi foi desclassificada por não ter apresentado amostra;

LOTE II – item 20:

Lençol descartável marca CLEAN - A empresa Total Health fora desclassificada por apresentar amostra em desconformidade com o solicitado em edital, visto o lençol descartável não ser de cor branca e apresentar pouca resistência ao manuseio;

LOTE III – item 20:

Lençol descartável marca CLEAN - A empresa Total Health fora desclassificada por apresentar amostra em desconformidade com o solicitado em edital, visto o lençol descartável não ser de cor branca e apresentar pouca resistência ao manuseio.

Carla E. de Matos Veiga
Equipe de Apoio

Telma R. Dambroski de Freitas
Equipe de Apoio