



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10240/2015
ASSUNTO: QUESTIONAMENTO DE EDITAL
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 9201/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2015
INTERESSADO: ONIX CONSULTORIA

DA RESPOSTA TÉCNICA:

Resposta à empresa **ONIX CONSULTORIA** quanto ao pedido de questionamento dos itens 01e 15 do edital.

Item 01 – quanto a embalagem do produto.

Informamos a intenção da embalagem entre 25 a 85g foi proporcionar a ampla concorrência, portanto se existe no mercado embalagens com 15 g não vemos motivo para não ampliar ainda mais a participação, portanto poderá ser alterada a descrição do item para embalagens de no mínimo 10g e no máximo 100g o que não irá interferir no procedimento técnico.

Item 15 – Quanto às exigências da composição do filme transparente

Tendo em visto não interferir na ação para o qual o produto é destinado no ambulatório de feridas informamos que acatamos o questionamento da empresa e para ampliar a concorrência solicitamos a alteração da descrição do item para:

“Filme transparente, de poliuretano com adesivo acrílico, podendo ser impregnado ou não com etileno-bisoleamida, permeável ao oxigênio, impermeável a líquidos e bactérias, flexível e confortável. Rolo não estéril com 15cm X 10cm podendo sofrer variação de 10%”

MARIA DO CARMO GNATA TELLES

Enfermeira responsável pelo Ambulatório de Feridas da SMSA