



RESULTADO DA ANÁLISE DE AMOSTRAS PREGÃO 32/2018

LOTE II		
ITEM	AMOSTRA	RESULTADO
05 Luva de procedimento, tamanho P	APRESENTOU	Amostra aprovada pela equipe de técnica
EMPRESA: DUOMED PRODT.QUIM.HOSPITALARES LTDA.		
LOTE III		
ITEM	AMOSTRA	RESULTADO
06 Agulha descartável 40mm x 08mm	NÃO APRESENTOU	DESCLASSIFICADO
EMPRESA: M. MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME		
29 CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16	APRESENTOU	Amostra aprovada pela equipe de técnica
EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME		
30 CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 19	APRESENTOU	Amostra aprovada pela equipe de técnica
EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME		
31 CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 22	APRESENTOU	Amostra aprovada pela equipe de técnica
EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME		
36 Cateter intravenoso periférico nº 16 com dispositivo de segurança	NÃO APRESENTOU	DESCLASSIFICADO
EMPRESA: MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP		
79 Fio cirúrgico absorvível sintético 2.0	NÃO APRESENTOU	DESCLASSIFICADO
EMPRESA: IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
83 Fita adesiva cirúrgica tipo micropore	NÃO APRESENTOU	DESCLASSIFICADO
EMPRESA: CIRUPAR - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA		
109 ÓCULOS PLÁSTICOS PARA PROTEÇÃO	APRESENTOU	Amostra aprovada pela equipe de técnica
EMPRESA: DUOMED PRODT.QUIM.HOSPITALARES LTDA.		
124 Seringa descartável estéril de 10ML	NÃO APRESENTOU	DESCLASSIFICADO
EMPRESA: MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP		
148 SONDA PARA SUPORTE NUTRICIONAL ENTERAL ADULTO Nº 12FR	APRESENTOU	REPROVADA , O FIO GUIA É CURTO E NA HORA DE INSERÇÃO DOBRA A PONTA DA Sonda
EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME		
149 SONDA PARA SUPORTE NUTRICIONAL ENTERAL INFANTIL Nº 08FR	APRESENTOU	REPROVADA , O FIO GUIA É CURTO E NA HORA DE INSERÇÃO DOBRA A PONTA DA Sonda
EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME		
150 SONDA PARA SUPORTE NUTRICIONAL ENTERAL	APRESENTOU	REPROVADA , O FIO GUIA



	INFANTIL N° 10FR		É CURTO E NA HORA DE INSERÇÃO DOBRA A PONTA DA Sonda
EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME			
162	<i>Touca descartável com elástico</i>	NÃO APRESENTOU	DESCLASSIFICADO
EMPRESA: M. MAGALHÃES - PRODUTOS HOSPITALARES - ME			

ITENS APROVADOS:

LOTE II: 05

LOTE III: 29, 30, 31 e 109

ITENS AMOSTRA REPROVADA:

LOTE III: 148, 149 e 150

ITENS QUE NÃO APRESENTARAM AMOSTRA, PORTANTO DESCCLASSIFICADOS:
LOTE III: 06, 36, 79, 83, 124 e 162

ZEILE DE FÁTIMA DA SILVA BAKI
EQUIPE TÉCNICA

MARIA JOSÉ DOS SANTOS RIBEIRO
EQUIPE TÉCNICA

TELMA ROZINHA DAMBROSKI DE FREITAS
EQUIPE DE APOIO