



2º COMUNICADO
REFERENTE AO PREGÃO 032/2018
PROCESSO LICITATÓRIO 4964/2018

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo médico-hospitalares, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

O Pregoeiro que abaixo assina, considerando o relatório de análise de amostras, juntado ao processo licitatório em epígrafe, comunica:

I – Que ficam declaradas vencedoras definitivas para os itens abaixo, as empresas cuja amostras foram aprovadas, observada a estrita ordem de classificação, conforme ata da sessão pública de 14/05/2018:

LOTE II			
ITEM		QUANTIDADE SOLICITADA	QUANTIDADE ENTREGUE
05	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P	01 caixa	APRESENTOU
EMPRESA: DUOMED PRODUT. QUÍM. HOSPITALARES LTDA.			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica.			
LOTE III			
ITEM		QUANTIDADE SOLICITADA	QUANTIDADE ENTREGUE
29	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 16	01 unidade	APRESENTOU
EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - ME			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica.			
30	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 19	01 unidade	APRESENTOU
EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - ME			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica.			
31	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL 22	01 unidade	APRESENTOU
EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - ME			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica.			
109	ÓCULOS PLÁSTICO PARA PROTEÇÃO	01 pacote	APRESENTOU
EMPRESA: DUOMED PRODUT. QUÍM. HOSPITALARES LTDA.			
RESULTADO DA ANÁLISE: Amostra aprovada pela equipe técnica.			

II – Que ficam **desclassificadas** as propostas das empresas abaixo, pela não apresentação de amostras ou pela reprovação das amostras apresentadas, conforme justificativas constantes no relatório da equipe técnica avaliadora:

LOTE III

Item 05 - LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P

EMPRESA: DUOMED PRODUT. QUÍM. HOSPITALARES LTDA.

NÃO APRESENTOU AMOSTRA.



Item 36 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº16 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

EMPRESA: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP

NÃO APRESENTOU AMOSTRA.

Item 79 - FIO CIRÚRGICO ABSORVÍVEL SINTÉTICO 2.0

EMPRESA: IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICO HOSPITALARES LTDA.

NÃO APRESENTOU AMOSTRA.

Item 83 - FITA ADESIVA CIRÚRGICA TIPO MICROPORE

EMPRESA: CIRUPAR - COMÉRCIO DE ERQUIPAMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS LTDA.

NÃO APRESENTOU AMOSTRA.

* **EMPRESA:** MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP

(3ª COLOCADA) NÃO PRECISARÁ APRESENTAR POIS COTOU A MESMA MARCA CUJA AMOSTRA JÁ FOI REPROVADA.

Item 124 - SERINGA DESCARTÁVEL ESTÉRIL 10ML

EMPRESA: MASIF ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. - EPP

NÃO APRESENTOU AMOSTRA.

Item 148 - Sonda PARA SUPORTE NUTRICIONAL ENTERAL ADULTO Nº 12FR

EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - ME

AMOSTRA REPROVADA - O fio guia é curto e na hora de inserção dobra a ponta da sonda.

Item 149 - Sonda PARA SUPORTE NUTRICIONAL ENTERAL INFANTIL Nº 08FR

EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - ME

AMOSTRA REPROVADA - O fio guia é curto e na hora de inserção dobra a ponta da sonda.

Item 150 - Sonda PARA SUPORTE NUTRICIONAL ENTERAL ADULTO Nº 10FR

EMPRESA: EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - ME

AMOSTRA REPROVADA - O fio guia é curto e na hora de inserção dobra a ponta da sonda.

Item 162 - TOUCA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO

EMPRESA: M. MAGALHÃES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - ME

NÃO APRESENTOU AMOSTRA.

III- Que fica **CONVOCADA PARA ENTREGA DE AMOSTRA**, nas mesmas condições impostas na alíneas “a”, “b” e “c”, do item 02 do Anexo II do Edital, no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar da publicação deste comunicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araucária, as empresas que restaram classificadas para os itens abaixo:

LOTE III

06 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS

36 - EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME

79 - EFETIVE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA ME

83 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

124 - SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP

162 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Saúde

IV – Que fica oportunizado às empresas licitantes o direito de manifestar intenção de interposição de recursos relativo aos itens reprovados pela equipe técnica.

Registre-se que esgotada a fase de análise das amostras para todos os itens, será convocada nova sessão pública para fins de: a) eventual necessidade de análise dos documentos habilitatórios das licitantes remanescentes; b) renegociação direta com os autores das propostas classificadas com amostras aprovadas, caso estes ainda não tenham participado da fase de lances.

O presente comunicado deverá ser publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Araucária, encaminhado aos interessados através de correio eletrônico nos endereços informados nos envelopes por eles protocolados – oportunidade em que também deverá ser encaminhada cópia digital do relatório de análise das amostras, veiculado no sítio eletrônico da PMA.

Prefeitura do Município de Araucária, 08 de junho de 2018.

LAURIANA SANTOS DE SOUZA
PREGOEIRO – DECRETO 31.519/2017